Fann165AT 型 双缸常压水泥稠化仪

简介：

美国石油学会规格 10a 第 8 条概述了要求，并提供了在常压下使用 Fann165AT 型双缸常压稠化仪进行水泥常压稠度的测试标准。水泥浆的测试要求测量稠化时间、自由水含量、粘度、流变性能、失水率和其他各种性能。Fann165AT 型双缸常压稠化仪提供了一种简单的方法测试水泥浆稠度，为进行这些试验做准备。该仪器用于油井水泥研究项目的实验室，水泥添加剂的研究和测试，水泥制造商的质量保证项目，以及油井维修公司及其现场实验室的研究。Fann165AT 型双缸常压稠化仪大气浓度计在最高温度 200 摄氏度(93 摄氏度)的大气压力下对水泥浆样品进行稠度测试。该仪器的设计符合 api 10a 规范、固井用水泥和材料规范、 api 推荐规范 10b2、试井用水泥的推荐规范。

技术参数：

序号	项目	技术参数
1	最高加热温度	200F（93 度）
2	最大压力	常压
3	转速	150RPM
4	测试范围	0-100BC
5	容积	470ml
6	电源	220VAC 50HZ
7	加热功率	1500w
8	输入功率	2KVA
9	净重	50kg
10	尺寸	64X39X45cm